

KW-CHP-01
锐利边缘测试器
Sharp edge tester



题目	标准	章节	章节题目	
方法标准	GB 6675.2-2014	5.8	锐利边缘测试	
	BS EN 71-1:2014	8.11	Sharpness of edges	
	16 CFR 1500.49 2019	NA	Technical requirements for determining a sharp metal or glass edge in toys and other articles...	
	ISO 8124-1:2022	5.8	Sharp - edge test	
产品标准	GB 14748-2006	4.4.3	儿童推车安全要求	
	GB 14749-2006	4.3.5	婴儿学步车安全要求	
	GB 14746-2006	3.1.1	儿童自行车安全要求	
	ASTM F963-17	4.7	Accessible Edges	
特点	1. 我厂自行开发的单片机控制电路板，终身保修。 2. 测试棒（关键计量配件）采用激光雕刻永久唯一编号，方便计量记录和堵塞做假漏洞。			
参数	1. 可选测试棒加载力度1.0、1.35（标准要求）、1.5、2.0磅，适应加严或放松测试要求。 2. 可调测试棒旋转速度：20-27毫米/秒（依据客户对标准的要求，出厂前标定最佳参数）。 3. 测试器：268*105*200毫米，净重：1.57公斤。包装箱：200*350*380毫米，净重：4.30公斤。 4. 采用110-220VAC宽电压电源供电，适合全球范围使用。			
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-CHP-01-A01	开关电源	1套	供电
	KW-CHP-01-A02	塑胶包装箱	1件	包装盒保护产品，方便使用。
非标附件	KW-CHP-01-TP	利边胶纸	1卷	标准要求的测试胶纸
	KW-CHP-01-B01	附加脚踏开关	1套	适应不同需求操作